

# 國立中山大學 機電系 測試紀錄單



日期	2023/11/09	設備	表面粗度儀	人員	三朋 張睿民經理 謝呈易 研究生 張子詮、張桓(紀錄)
----	------------	----	-------	----	-----------------------------------

現象敘述 1. 量測結果沒有呈現 Ra 等數據。



處理過程

1. 設定測定條件-

- 演算參數設定
- 依據標準(例 JIS 13/ISO97)
- 勾選要測量的參數

2. 存入設定條件的方法：登錄條件-存成個人設定條件的檔案。

3. 叫出設定條件的方法：讀取條件。

後續處理

註記