

國立中山大學機電系設備安全操作單

日期	2023/12月/25日	設備	高壓空氣	人員	張桓
目的	1. 三點式空氣過濾系統說明(PUMA 技師)				
說明	1. 濾水(要定期檢查並排水) 2. 調壓 3. 加油(檢查油品質及高度)				
	2. 下圖為製氮機前端之空氣過濾，有兩段式濾水及調壓，注意每次使用前要檢查及排水，右圖為未排水導致水垢的情形。				
					
注意事項	1. 每次操作前必須檢查濾水罐情形，必須排水及注意空氣水含量是否異常。 2. 可於空氣出口處對黑玻璃噴測，如有水珠即須全線檢查(儲槽排水、冷凍機及濾水罐檢查)。				
註記					