

國 立 中 山 大 學 機電系 維修紀錄單

日期	2026/11/06	設備	EV2022 萬能試驗機	人員	林璟元、張桓
事件敘述	固力實驗所需壓縮治具製作				

處 理 過 程

1.設計圖(林璟元設計)
--





2. 實體圖
材料 SUS304



	3. 執行時注意事項 --壓縮試驗一定要設定極限點 荷重元極限：此機台的壓力荷重元的規範如下： **規格資訊（依標籤所示）：** • **品牌：** SensoLink co. • **型號：** SLZ2 • **量程（Capacity）：** 2T（2 噸 / 2000 kg）  取安全係數 4 **建議荷重極限 500Kg(或 5000N)，**
後續處理	1. 因為壓縮試驗操作如果超過極限，有可能傷害機台或危險(例如爆裂噴射碎片)，操作前務必與系辦討論。
註記	

保存年限：永久